第一图书网, tushu007.com

<<新生儿复苏教程>>

图书基本信息

书名：<<新生儿复苏教程>>

13位ISBN编号：9787117161725

10位ISBN编号：7117161728

出版时间：2012-7

出版时间：卡屯科(John Kattwinkel MD FAAP)、叶鸿瑁、 虞人杰 人民卫生出版社 (2012-07出版)

作者：卡屯科 编

页数：172

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《新生儿复苏教程（翻译版）（第6版）》阐述稳定及复苏早产儿时遇到的特殊问题（第八课），并讨论了新生儿复苏中涉及的伦理问题（第九课）。
第六版中继续保留了这两课内容，并进行了内容的补充与更新。
在这一版中，读者会发现新的复苏流程图，其中评估与决策部分的方框已被替换为能更好地反映科学的内容。
了解NRP的学员会发现一些重要的变化。

第一图书网, tushu007.com

作者简介

编者：（美国）卡屯科（John Kattwinkel MD FAAP） 译者：叶鸿瑁 虞人杰

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

第一课 概述和复苏原理 第二课 初步复苏 第三课 正压通气复苏装置的应用 第四课 胸外按压 第五课 气管插管和喉罩气道插入 第六课 药物 第七课 特殊情况 第八课 早产儿复苏 第九课 伦理和临终关怀 技能操作考核表（基础） 技能操作考核表（高级）

章节摘录

版权页： 插图： 1.空气入口和储氧器连接处 2.氧气入口 3.病人出口 4.阀门组 5.储氧器 6.减压阀 7.压力计和压力计连接处 当气囊挤压后再膨胀时气体通过一个单向阀进入气囊，此阀位于气囊的一端，成为空气入口。
每一个自动充气式气囊有一个氧气入口，位置与空气入口接近。
氧气入口是一个小的接头或突出的部分，与氧气管相连。
在自动充气式气囊，氧气不作为气囊的动力。
当气囊用于新生儿复苏时应连接氧气管。
病人出口是出自气囊的气体通过面罩或气管导管进入病人的地方，在此与面罩或气管导管连接。
大多数自动充气式气囊都有一个减压阀，用于防止气囊内压力过高。
在给新生儿正压通气（PPV）时，为确保合适的压力，自动充气式气囊还应有压力计和连接压力计的位置，应确保此位置与压力计连接。
此位置通常由一个小孔或一个接近病人出口的突出构成。
假如气囊有此孔，通气时或连接压力计或将此孔堵住，否则空气由此孔漏出使气囊达不到应有的压力。
也应当注意避免将氧气导管连接到连接压力计的位置。
否则过高的压力可以引起病儿气胸或气漏。
应该按照厂商的说明书连接氧气管和压力计。

编辑推荐

《新生儿复苏教程(第6版)》可用作儿科学习专业用书，也可作为儿科医生诊疗用书。
《新生儿复苏教程(第6版)》对新生儿的复苏进行了详细介绍，可以通过学习《新生儿复苏教程(第6版)》来了解新生儿的复苏及其过程中的诊疗方法，是一本价值极高的儿童医学用书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com