

<<全国第五次结核病流行病学抽样调>>

图书基本信息

书名：<<全国第五次结核病流行病学抽样调查资料汇编>>

13位ISBN编号：9787802457966

10位ISBN编号：7802457963

出版时间：2011-12

出版时间：军事医学科学出版社

作者：王宇 编

页数：229

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<全国第五次结核病流行病学抽样调>>

内容概要

结核病是严重危害人民群众健康的呼吸道传染病，被列为我国法定重大传染病之一。

1979年，我国首次开展了结核病流行病学抽样调查(简称流调)，获得了比较准确的结核病疫情基线资料，并据此制定了第一个全国结核病防治规划。

此后，我国又分别于1984-1985年、1990年和2000年开展了3次流调，及时掌握了结核病流行动态和趋势，为科学制订全国结核病防治规划发挥了重要作用。

从2001年开始，我国全面推行了现代结核病控制策略，各级人民政府积极履行职责，不断加大投入力度，取得了显著成效。

为科学评价2001-2010年全国结核病防治规划执行情况，了解全国结核病的流行状况和危害程度，为制订“十二五”结核病防治规划提供科学依据，卫生部决定于2010年开展第五次全国结核病流行病学抽样调查。

<<全国第五次结核病流行病学抽样调>>

书籍目录

2010年全国结核病流行病学抽样调查报告摘要

2010年全国结核病流行病学抽样调查报告

2010年15岁及以上人群结核病流调点受检及患病情况一览表

卫生部办公厅关于开展全国第五次结核病流行病学调查的通知

全国第五次结核病流行病学抽样调查实施细则

2010年全国流调患病率加权计算方法

各省、自治区、直辖市流调组织机构及人员名单

各省、自治区、直辖市流调队人员名单

<<全国第五次结核病流行病学抽样调>>

章节摘录

附件10全国第五次结核病流行病学抽样调查 细菌学检查工作细则对肺结核可疑症状者或胸部X线检查发现异常阴影者应进行痰涂片检查和痰结核分枝杆菌培养,培养阳性标本作菌种初步鉴定和药物敏感性试验。

一、痰标本收集、保存和运送 (一) 流调全程中各省(自治区、直辖市)应指定专人负责痰标本的检查工作。(二) 收集受检人员三份痰标本:即时痰、夜间痰和清晨痰,依次编成1、2和3号。

即时痰即受检人在症状调查或摄胸部X线片时留置的痰标本,或者是送检夜间和晨痰两份痰标本即时留置的痰标本;夜间痰为受检对象在送痰时前夜留置的痰标本;清晨痰为受检对象在送痰时当日清晨留置的痰标本;无痰受检人应采用雾化诱痰等方法留取标本。

受检人应得到流调人员的指导,以便得到合格的痰标本。

应记录痰标本性状:干酪痰、血痰、黏液痰和唾液四类,前三种为合格痰标本。

如果经过指导,受检人不能获得合格痰,唾液也应进行检查。

留置的痰量应为3-5ml;痰标本不合格时,应指导重新留取。

难以获得合格标本时,留置的标本也应进行细菌学检查。

(三) 留痰容器采用可密封的、带螺旋盖的不渗漏容器,省参比室统一准备、分发,由流调队员在明显位置标明受检人姓名和受检者编号。

(四) 待检痰标本应于冷暗处密封放置,勿倒置容器。

涂片检查后,标本应立即置4℃保存,冷链运输,尽快进行结核分枝杆菌培养。

二、生物安全及实验地点选择 (一) 标本采集与保存受检人应在远离人群的开放场所或通风良好的专用留痰室留痰,留取后不能立即进行检测的应在普通冰箱冷藏保存。

(二) 标本运输 标本和菌株运送过程中按照《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》的要求进行包装、运输、操作、保藏和管理。

(三) 实验操作 各流调点的实验室操作由具有相关专业知识和操作技能的工作人员进行,实验人员应严格遵循规范化的操作程序进行各项操作。

(四) 废弃物处理 将废弃物高压蒸汽灭菌(条件:121℃,15分钟)后,按照《医疗废物管理条例》的相关规定妥善处理。(五) 实验室选择在满足检验要求的条件下,尽可能选择接近流调点的实验室。

1.涂片实验室基本条件一个独立房间,有上下水及电的供应,通风和照明良好,至少具备通风柜(或生物安全柜)、冰箱(冷藏柜),如果能当天运送标本至培养实验室,也可不配备冰箱。

2.培养实验室基本条件在涂片实验室的基础上,具备 级生物安全柜、涡旋振荡器、恒温培养箱。

由流调队协调安排培养所需的房舍和设备。

三、痰涂片检查痰涂片操作及质量保证:按现行《中国结核病防治规划——痰涂片镜检标准化操作及质量保证手册》规定,采用痰标本直接涂片、萋-尼氏热染色法。

镜检后,登记涂片结果、涂片日期等相关信息;每张涂片应分别用镜头纸去镜油,以2B铅笔在磨砂面注明受检人姓名、试验序号,按流水号置于玻片盒中,然后将玻片盒置于阴凉处避光保存。

流调点使用的染色液由省参比实验室统一提供。

全部痰片应单独保留,供省和国家参比实验室检查验收。

如果涂片和培养不在一个实验室进行操作,在现场未结束时,涂片、培养使用两本流调细菌学实验室登记本(附件9)分别进行登记结果;培养实验室在培养前将标本有关涂片信息誊写到培养用登记本上。

四、结核分枝杆菌培养所有痰涂片受检者均应进行结核分枝杆菌培养。

培养实验室由流调队协调在具备实验条件的实验室进行。

如果县(区)和地(市)级实验室人员不具备培养能力,由省级参比室下派实验员进行结核分枝杆菌培养。

(一) 标本选择 1.3份痰标本均为阳性选取阳性级别高的2份痰标本进行培养。

2.3份痰标本2份阳性选取2份阳性痰标本进行培养。

<<全国第五次结核病流行病学抽样调>>

3.3份痰标本1份阳性选取阳性标本和1份质量好的阴性标本进行培养。

4.3份标本均为阴性选取标本性状好的2份痰标本进行培养。

5.3份标本均为阴性且性状大致相同选取晨痰和夜间痰进行培养。

应按照国家标本运送相关规定，拟进行培养的标本在留取后6天之内冷链运输至培养实验室，在留取后7天内必须进行结核分枝杆菌培养。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>